

2015カタログ掲載 薬事対象商品一覧

2015カタログ 掲載頁	商品コード	品名	クラス	特定保守
122	21-1181~1187	手術用手袋トラディション(パウダー付)	Ⅱ	非該当
	21-1551~1557	手術用手袋トライアンフ クラシック(パウダーフリー)	Ⅱ	非該当
123	21-0274~0280	手術用手袋トーマ・ニューサージカルグローブ	Ⅱ	非該当
	21-1561~1563	検査用手袋 センシケア アイス	Ⅰ	非該当
252	26-0191~0194	卓上型高圧蒸気滅菌器 ワンタッチシリーズ	Ⅱ	該当
351	32-0559	マイクロフローセル分光光度計 AE-600	Ⅰ	該当
357	32-0327	自動温度補正・防水機能付臨床用屈折計 MASTER-SUR/Jα	Ⅰ	非該当
	32-0328	臨床用屈折計 MASTER-SUR/JM	Ⅰ	非該当
	32-0329	自動温度補正・防水機能付尿比重屈折計 MASTER-URC/Jα	Ⅰ	非該当
	32-0330	尿比重屈折計 MASTER-URC/JM	Ⅰ	非該当
359	32-0179	デジタル尿比重屈折計 UG-D	Ⅰ	非該当
435	38-0020	吸引器ポヤージ	Ⅰ	非該当
	38-0022	ディスポーザブルネブライザー メファア2001	Ⅰ	非該当
	38-0301	電子体温計 ET-P265WZ	Ⅱ	非該当
488	42-0201、0202	小型微量遠心機 PMC-060	Ⅰ	非該当
489	42-0081	卓上低速遠心機 LT-015	Ⅰ	非該当
490	42-0105	インバータ・ヘマトクリット遠心機 3220	Ⅰ	非該当
	42-0141	テーブルトップ遠心機 PlateSpin II	Ⅰ	非該当
658	47-0982~0985	アスピレーター(携帯用吸引器) M20/SP20/SP30/SP40	Ⅱ	該当
	47-1987	アスピレーター(携帯用吸引器) SP30(バッテリー仕様)	Ⅱ	該当
697	48-0005	ティシュー・テック パラフィン伸展器 PS-53	Ⅰ	該当
698	48-0017~0019	マイクローム替刃 パソカッター I 35° / II 35° / 22°	Ⅰ	非該当
	48-0013~0015	フェザーマイクローム用替刃 S35/A35/C35	Ⅰ	非該当
	48-0020	フェザーマイクローム用替刃 S22	Ⅰ	非該当
	48-0009	マイクローム用替刃 パスブレード PB3501A	Ⅰ	非該当
	48-0029、0030	マイクローム用替刃 パスブレード PB3503C、PB2200E	Ⅰ	非該当
1031	72-0801~0810	白硬注射筒 ガラス先	Ⅰ	非該当
	72-0821~0830	白硬注射筒 ロック先	Ⅰ	非該当
	72-0841~0853	インターチェンジヤブル注射筒 ガラス先	Ⅰ	非該当
	72-0861~0871	インターチェンジヤブル注射筒 ロック先	Ⅰ	非該当
1032	72-0296~0298	注射針 静脈針	Ⅰ	非該当
	72-0881~0884	コントロール注射筒	Ⅰ	非該当
1034	72-0141~0150	テルモ ディスポシリンジ(針なし)	Ⅰ	非該当
	72-0161~0172	テルモ ディスポシリンジ(針付)	Ⅱ	非該当
	72-0181~0206	テルモ 注射針	Ⅱ	非該当
	72-0351~0356	テルモ ディスポシリンジ ロック基	Ⅰ	非該当
1035	72-0211~0217	ニプロシリンジ(針なし)	Ⅰ	非該当
	72-0221~0224	ニプロシリンジ(針付)	Ⅱ	非該当
1180	83-1201~1207	トーマ血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1211~1217	ビルケルチュルク血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1245	ナジェットチャンバー	Ⅰ	非該当
1181	83-1221~1227	改良ノイパウエル血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1231~1237	フックスローゼンタール血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1241、1242	エオジノフィルカウンター(タタイ)	Ⅰ	非該当
	83-1243	バクテリア計算盤	Ⅰ	非該当
1182	83-1101~1106	トーマ血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1111~1116	改良ノイパウエル血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1121~1126	ビルケルチュルク血球計算盤	Ⅰ	非該当
	83-1131~1136	フックスローゼンタール血球計算盤	Ⅰ	非該当
1183	83-1141	バクテリア計算盤	Ⅰ	非該当
1282	91-1348、6048	KFI ピンセット K-13 トゲ抜	Ⅰ	非該当
	91-1349	KFI ピンセット K-14 歯科	Ⅰ	非該当
	91-6051	KFI ピンセット K-14 歯科	Ⅰ	非該当
	91-6049	KFI ピンセット K-14 歯科	Ⅰ	非該当
1283	91-1352~1359	KFI ピンセット K-17V 折曲	Ⅰ	非該当
	91-6052~6059	KFI ピンセット K-17V 折曲	Ⅰ	非該当
	91-1384、1385	KFI ピンセット K-17W 併式	Ⅰ	非該当
	91-1400	KFI ピンセット K-17W 併式	Ⅰ	非該当
	91-1466~1470	KFI ピンセット K-17W 併式	Ⅰ	非該当
	91-6101~6108	KFI ピンセット K-17W 併式	Ⅰ	非該当
1284	91-1371、6071	KFI ピンセット K-28 ルーツェ	Ⅰ	非該当
1315	91-6301、6307	メスホルダー	Ⅰ	非該当
	91-6340~6350	替刃メス(ディスポーザブル)	Ⅱ	非該当
1316	91-6321~6331	メス(ディスポーザブル)	Ⅱ	非該当

※クラスⅠ 非該当 商品は医療機器販売業の届出及び許可は必要ありません。

※クラスⅠ 該当 商品は医療機器販売業の許可が必要です。

※クラスⅡ 非該当 商品は医療機器販売業の届出が必要です。

※クラスⅡ 該当 商品は医療機器販売業の許可が必要です。

※このリストは2014年6月現在のものです。